自動組織分散・破砕装置

仕　様　書

公立大学法人和歌山県立医科大学

1　調達物品の構成内訳と必要な仕様

機器名：自動組織分散・破砕装置　一式

（内訳）　　数量

1　自動組織分散・破砕装置本体　1台

2　上記付属品2品　　1式

2　その他必要条件

1　障害支援体制

2　設置条件

3　その他

1　調達物品の必要な仕様

1－1　自動組織分散・破砕装置本体

1－1－1　ディスポーザブルの専用チューブを用いて、物理的に組織の分散・破砕が可能なこと。

1－1－2　自動で、動物組織から単細胞懸濁液を調製することが可能なこと。

1－1－3　分子生物学的実験のための組織の自動破砕が可能なこと。

1－1－4　密閉容器中のクリーンな条件下で、組織の分散・破砕が可能なこと。

1－1－5　８本以上同時処理が可能なこと。

1－1－6　チューブごとに異なるプログラムをさまざまなタイミングで運転可能なこと。

1－1－7　オリジナルのプログラム作成が可能なこと。

1－1－8　37℃のインキュベーターモードが搭載されていること。

1－1－9　インキュベーターモードプログラムが11種類以上搭載されていること。

1－2　上記付属品２品

1－2－1　付属品として、以下の２品が含まれること。

(1)Individual heating units　８個

(2)Power Cord　１本

2　その他必要要件

2－1　障害支援体制

2－1－1　本機種に障害が発生した場合、復旧のための迅速な対応が行えること。

2－1－2　障害時対応として、修理部品が用意されていること。

2－1－3　サービスエンジニア体制が整っていること。

2－2　設置条件

2－2－1　設置の管理者、運用者に技術指導を行うこと。

2－2－2　納入期限は、平成２８年１月２２日（金）とする。

2－2－3　納入場所は、研究棟４階解剖学第二教室とする。

2－2－4　搬入、据え付け、調整等は契約金額内で行うこと。

2－2－5　納入機器は、最新機、新造、未使用であること。

2－3　その他

2－3－1　日本語の取扱説明書を提供すること。

2－3－2　品質保証期間は、納入日から１年間とする。

2－3－3　適合参考物品：ミルテニーバイオテク株式会社

自動組織分散・破砕装置　gentleMACS Octo Dissociator with Heaters

品番：１３０－０９６－４２７

２－３－４　同等品は、可とする。

ただし、適合参考物品以外で応札する場合は、平成２７年９月２５日（金）までに、事務局学生課あて同等品であることを証明する書類（カタログ等を含む）を提出の上、担当者の指示に従い精度検定を実施し、平成２７年１０月６日（火）までにその承認を得ること。

この場合において、適合参考物品以外の物品については、規格等の各項目についてその性能・機能、仕様書との相違点等を十分明らかにしなければならない。

２－３－５　仕様書に関する質問がある場合は、平成２７年９月３０日（水）までに下記へ書面により行うこと。

公立大学法人和歌山県立医科大学事務局学生課

〒641－8509

和歌山市紀三井寺８１１－１

ＴＥＬ　073-441-0702

ＦＡＸ　073-441-0704